Hitachi Koki
HITACHI

保守部品供給中止と遠心機用ロータの寿命に関するお知らせ

遠心機とロータを安心してご使用していただくためにご確認ください

【遠心機対象機種名】

対象機をご使用のお客様は現状を推察の上、機器更新のご申請をして頂くことをお勧め致します。

超遠心機	40P、55P、55PA、55P-2、65P、55P-3、80P、55P-7、65P-7、80P-7、55P-72、70P-72、85P-72、55P-73、70P-73、85P-73、SCP55H、SCP70H、SCP85H、SCP55H2、SCP70H2、SCP85H2、SCP55G、SCP70G、SCP85G、CP40Y、CP56、CP70、CP56G、CP70G、CP56GII、CP100α、CP90α、CP80α、CP100β、CP90β、CP85β、CP80β、CP75β、CP70β、CP65β、CP60E
小形超遠心機	CP100H、CP120H、CS100、CS120、CS100EX、CS120EX、CS100FX、CS120FX
大容量・高速冷却遠心機	5PR、5PR-5、6PR-52、SCR7B、SCR7BA、SCR7BC、CR7B、CR7B2、CR7B3、CR7B4、20PR、18PR、18PR-2、18PR-3、18PR-5、20PR-5、18PR-52、20PR-52、20PR-52D、SCR18B、SCR20B、SCR20BA、SCR20BB、CR20B2、CR20B3、CR20、CR21、CR22、CR20E、CR21E、CR22E、CR20F、CR21F、CR22F、CR26H
小形遠心機	03P、03P-22、05P-22、05P-21、05P-21B、05P、05PR-2、05PR-22、CR5B、CR5B2、CF7D、SCT5B、SCT5BA、SCT5BB、SCT5BC、SCT4B、SCT4BA、SCT4BB、SCT4BC、CT5L、CT5DL、CR5L、CR5DL、SCT15B、CR15B、CR15T、CR15、CR15D、CF15、CF15D、CF15D2、CT15D、CT12、CT12D、CF8DL、MC200、MC201、MC202、MC300、MC400、MC401、MC402

【遠心機用ロータ寿命/保証規定表】

❶ 遠心機用ロータ寿命

超遠心機用ロータ	アルミ製アングルロータ・スイングロータ・ゾーナル/連続ロータ	1,000回又は2,500時間(1次寿命)
	チタン製アングルロータ・バーティカルロータ・ネオアングルロータ	5,000回又は10,000時間

❷ 遠心機用ロータ保証

超遠心機用ロータ	アルミ製アングルロータ・スイングロータ・ゾーナル/連続ロータ	納入後5年
	チタン製アングルロータ・バーティカルロータ・ネオアングルロータ	
小形超遠心機用ロータ	全般	
大容量・高速冷却遠心機 小形遠心機用ロータ	全般	納入後7年

※超遠心機用ロータは寿命規定と年数保証があり、いずれか早く到達した方が優先されます。
※寿命規定を超えたロータにつきましては、腐食や金属疲労による事故を防止するため更新されることをお勧めします。

【製造・販売・保守】
日立工機株式会社
勝田工場
〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060
URL http://www.hitachi-koki.co.jp/himac/

首都圏地区（甲信越含む）	東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟21階	03-5783-0614
北海道地区	北海道札幌市厚別区厚別中央3条一丁目2-20	011-896-1748
東北地区	宮城県仙台市若林区卸町東三丁目3-36	022-288-0435
中部地区	愛知県名古屋市西区則武新町1-32-16	052-533-0522
関西地区（中国・四国・京都含む）	兵庫県西宮市津門大箇町10-20	0798-23-4125
九州地区	福岡県福岡市東区松島四丁目8-5	092-622-4025

HLD-F44 2012.4

himac 日立遠心機

保守部品供給中止と遠心機用ロータの寿命に関するお知らせ

遠心機とロータを安心してご使用していただくために

遠心機保守部品供給中止

日立遠心機を永年に渡りご愛用頂きありがとうございます。

お客様に安心して遠心機をご使用頂けますよう保守部品に対し万全の体制を整えてまいりましたが、環境問題/技術革新の激しいなか、これを維持することが出来ない部品が出てきております。保守部品に関し下記の場合修理を辞退させて頂く場合がございますのでご了承願います。

- 販売中止後10年以上経過した製品 ※1
- 規制対象フロンを使用した冷凍機
- 入手不可能な補給部品

※1 対象機種は裏面をご参照ください。

ロータ寿命

ロータ寿命ならびに保証を取扱説明書に明記しております。安全性を重視する観点から今一度下記をご確認頂き安全にご使用頂きますようお願い致します。

- 寿命の確認 ※2
- 使用実績の明確化
- 使用年数の確認
- 管理体制の実施

※2 詳細は裏面をご参照ください。



Hitachi Koki
HITACHI